



ZMĚNA CE ZNAČENÍ DLE COM007304 ⑫
 PLYN: VZDUCH, VSTUPNÍ TLAK: P1=4 AŽ 5 BAR, ZKOUŠENÍ DLE SEZNAMU ZKOUŠEK SZ 0200
 MAZÁNÍ, UTAHOVACÍ MOMENTY A DALŠÍ POKYNY PRO MONTÁŽ DLE VÝKRESU VIZ POZ. 52 KUSOVNÍKU
 ZNAČENÍ VÝROBKU DLE VÝKRESU VIZ POZ. 53 KUSOVNÍKU
 ŠTÍTEK POZ. 30 LEPIT NA VÝROBEK A ŠTÍTKEM POZ. 21 PŘELEPIT VÁLCOVÉ MATICE PO ÚSPĚŠNÉM VYZKOUŠENÍ
 BALIT DLE VÝKRESU VIZ POZ. 54 KUSOVNÍKU

CE MARKING ACC COM007304 ⑫
 GAS: AIR, INLET PRESSURE: P1= FROM 4 TO 5 BAR, TEST ACCORDING TO TEST INSTRUCTION SZ 0200
 LUBRICATING, TORQUES FOR ASSEMBLY ETC. TO BE IN ACCORDANCE WITH DRAWING LISTED IN BOM ON POS. 52
 PRODUCT MARKING TO BE IN ACCORDANCE WITH DRAWING LISTED IN BOM ON POS. 53
 PUT THE LABEL ITEM 30 TO THE PRODUCT AND LABEL ITEM 21 PŘELEPIT PŘES VÁLCOVÉ MATICE AFTER SUCCESSFULLY TESTING
 PACK ACCORDING DRAWING LISTED IN BOM ON POS. 54

02	04.08.2017	ZMĚNA CE/ CHANGE OF CE	ECO-03204	P.Vosičková
01	24.9.2014	ZMĚNA RYCHLOSPOJKY, PŘEKRESLENO / CHANGE OF QC, REDRAWN	ECO-01455	V.Boček
Index	Datum	Popis / Description	Č. změny / No. of change	Autor
Polotovar Raw material		Rozměr polotovaru Dim. of raw material	Povrchová úprava Surface finish	Hmotnost Weight 0,88
Materiál Material		Materiál Material	Starý výkres Old drawing -	List / Počet listů Sheet / Number of sheets 1 / 1
Komentář Notice	MEDICAL DEVICE		Kritický rozměr značen Critical dimension marked KR	
Datum vypracování Creation date	30.1.2013	Opracování / Machining Ra	Netol.rozměry / Dim. without tol. ISO 2768 m,K	AP II O2 2xDIN G3/8 E AP II O2 2xDIN G3/8 E 0715457 Security in action
Vypracoval Created	V. Boček	Měřitko / Scale		
Kontroloval Inspected	P.Eis	1:1		
Schválil Approved	Ing. K.Zmek			
Technologie Technology	Ing. J.Pelikán			